

試験報告書

大木製薬株式会社 様

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3
TEL: 03-3256-5051

株式会社



〒370-3511 群馬県高崎市金古町1709-1
TEL: 027-372-5111
FAX: 027-372-5001

本試験結果は供試品目のみに関するものです。

試料名	大木の流絆S		
件名	—		
採取者	—		
試験項目	試験結果	試験方法	
I-131	不検出 10 未満 (Bq/kg)	ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー (放射能測定法シリーズ7) (平成4年 文部科学省原子力安全課防災環境対策室)	
Cs-134	不検出 10 未満 (Bq/kg)		
Cs-137	不検出 10 未満 (Bq/kg)		
備考	<ul style="list-style-type: none">測定装置: ゲルマニウム半導体検出器: GC2020-7500SL-2002CSL マルチチャンネルアナライザー: Lynx (CANBERRA社製)測定時間: 1693 秒測定容器: 2Lマリネリ容器基準日: 2018年4月26日 17時17分試料量: 1640 g		
* 検出限界値は、Cooper法にて算出しました。 試験所の書面による承認がない限り、試験報告書の一部だけを複製してはなりません。			
受付日	2018.4.25	発行日	2018.4.27
測定完了日	2018.4.27	報告書番号	232956e
計量管理者	加田 誠		
測定担当者	高岸		